

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15946 от 3 января 2023 г.

Срок действия до 30 августа 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Датчики давления МИДА-15

Производитель:

ООО МИДАУС, г. Ульяновск, Российская Федерация

Документ на поверку:

первичная государственная поверка проводится по МДВГ.406233.090 РЭ «Датчики давления МИДА-15. Руководство по эксплуатации»;

последующая государственная поверка проводится по СТБ 8069-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **36 месяцев;**

12 месяцев (для датчиков давления с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,05$ %)

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.01.2023 № 1

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Handwritten signature in blue ink.